



## 人红白细胞白血病细胞；HEL

### 基本信息

细胞名称	人红白细胞白血病细胞；HEL
细胞品牌	通蔚生物
细胞规格	1×10 <sup>6</sup> cells/T25 培养瓶
细胞英文	Hel；GM06141；GM06141B；Human ErythroLeukemia
基本形态	淋巴母细胞样
传代方法	1：2
培养条件	气相：空气，95%；CO <sub>2</sub> 5%；温度：37℃
生长特性	半悬浮生长
冻存条件	无血清细胞冻存液
完全培养基	RPMI1640+10%FBS <a href="#">HEL 完全培养基</a>
培养环境	37℃，5%CO <sub>2</sub> ，95%AIR
供应范围	仅供科研使用
特征特性	这株淋巴母细胞样细胞株，源自一位 30 岁白人男性，患有恶性红细胞白血病，能够自然产生并能诱导球蛋白合成。细胞的 EB 病毒核抗原阴性，没有表面免疫球蛋白与细胞质免疫球蛋白。HEL 细胞表达 HLA 抗原(HLA-A3,AW32,BW35),β-2 小球蛋白，一定比例的细胞还表达 Ia 抗原。这个细胞株提供了一种用于研究红细胞分化和球蛋白基因表达的模型。它类似于小鼠中的血友病
注意事项	该细胞为悬浮细胞，请注意离心收集，请勿直接倒掉细胞培养液



## 细胞操作

到货处理	<ol style="list-style-type: none"><li>1、收到细胞后，检查外包装情况和箱内是否还有干冰。如有外包装破损干冰已完全挥发等问题，请即时联系。</li><li>2、将细胞取出转移至液氮或 - 80 度冰箱保存，建议尽早复苏。</li><li>3、复苏第一管如有活性状态问题及时与我们联系，会有技术人员与您沟通指导后再复苏第二管。</li></ol> <p><b>特别说明：</b>未与我方联系擅自复苏第二管出现问题不予售后。</p>
细胞复苏	<ol style="list-style-type: none"><li>1、从液氮中取出细胞冻存管（注意：佩戴防爆管面具），快速将其置入 37°C水浴中解冻，直至冻存管中无结晶，然后用 75%的酒精擦拭冻存管外壁。</li><li>2、将冻存管中的细胞移至含 5ml 完全培养基的 15ml 离心管中，1000rpm 离心 5min。</li><li>3、弃上清，沉淀用 5ml 完全培养基重悬，接种 T25 培养瓶，于 37°C,5%CO<sub>2</sub> 细胞培养箱中培养。</li><li>4、第二天，换用新鲜完全培养基继续培养。</li></ol>
细胞传代	<ol style="list-style-type: none"><li>1、方法一：收集细胞悬液，至离心管中 1000rpm 离心 5min，弃上清，加 1-2mL 完全培养基重悬，按 1 : 2 的比例进行分瓶传代，补充新的完全培养基至 5-8ml/瓶，放入 37°C,5%CO<sub>2</sub> 细胞培养箱中培养。</li><li>2、方法二：可选用半换液方式，将 T25 瓶子竖起来，轻轻拍打两下，在培养箱静置 10 分钟，肉眼可见大部分细胞沉在底部，轻轻吸去半数培养基后，将剩余细胞悬起，将细胞悬液按 1: 2 比例分瓶，补充新的完全培养基至 5-8ml/瓶，放入 37°C,5%CO<sub>2</sub> 细胞培养箱中培养。</li></ol>



<p>细胞冻存</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、细胞生长至覆盖培养瓶的 80%面积时，弃 T25 培养瓶中的培养液，用 PBS 清洗细胞一次。</li> <li>2、添加 0.25%胰蛋白酶消化液约 1ml 至培养瓶中，倒置显微镜下观察，待细胞回缩变圆后加入 5ml 完全培养液终止消化，再轻轻吹打细胞使之脱落，然后将悬液转移至 15ml 离心管中，1000rpm 离心 5min。</li> <li>3、弃上清，沉淀细胞加入 1ml/支的无血清冻存液，混匀后加入冻存管中。（如：冻一支，加入 1ml 无血清冻存液）</li> <li>4、将冻存细胞直接放入 - 80℃冰箱即可；如后期要将细胞转入液氮罐中，需在-80℃冰箱存放 24 小时以上。</li> </ol>
<p><b>T25 细胞到货处理</b></p>	
<p>观察</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、收到细胞后，请及时核对培养瓶上标注的细胞名称是否与订购的细胞名称一致以及培养瓶是否有破损或漏液等异常情况。</li> </ol>
<p>处理</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、75%酒精棉球擦拭 T25 细胞培养瓶外部。</li> <li>2、显微镜观察细胞生长情况，并对细胞进行不同倍数拍照保存（40x,100x,200x 各一张）前三天照片为重要售后依据，不提供照片默认收到状态良好。</li> <li>3、不要打开培养瓶盖，将细胞放入 37 度培养箱中静置 3-4 小时后再做处理，以稳定细胞状态。</li> <li>4、收到细胞后，及时查看说明书是贴壁细胞还是悬浮细胞形态，并按常规贴壁或悬浮细胞的传代方法操作。</li> </ol>
<p>悬浮</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、将 T25 培养瓶中的悬液收集至离心管中 1000rpm 离心 5min，收集上清（后期对比培养使用），加 1-2ml 完全培养基重悬，按 1:2 比例进行分瓶传代（两个 T25），补充新的完全培养基至 5-8ml/瓶，放入 37℃,5%CO<sub>2</sub> 细胞培养箱中培养。（传代时建</li> </ol>



	<p>议一瓶用原瓶里面的完全培养基，另外一瓶用自己配的完全培养基，进行对比培养。)</p> <p>(<b>注意：</b>如收到密封培养瓶，处理完后放入培养箱培养时要将培养瓶盖拧松)</p>
--	--

## 售后服务

### 细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，**重发**。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，**重发**。
3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，**重发**。
4. 常温发货细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，**重发**。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染经核实后，**重发**。
6. 细胞活性问题在收到产品 3 天内提出真实实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，**重发**。

### 细胞不予重发

1. 客户操作造成细胞污染，**不重发**。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，**不重发**。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，**不重发**。
4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，**不重发**。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，**不重发**。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，**不重发**。

### 特别说明



本细胞仅供科研使用，不得用于其他用途 订购热线：021-54845833/15800441009

上海通蔚生物客户在细胞培养过程中，有任何技术问题可以拨打免费服务电话 **021-54845833 或 15800441009**，我们随时给予实验中的免费解答。